



**DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA  
PRAHOVA**

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201

Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dsnh.ro Web: www.dsnh.ro

Data 25 OCT. 2018

Nr. 38784



Nr. operator date cu caracter personal: 21959

Catre,

OFERTANTII LA ANUNTUL PUBLICITAR ADV 1043977

In urma solicitarilor de clarificari primite la anuntul publicitar ADV 1043977/23.10.2018  
Achizitie aparat dedurizare apa, va comunicam urmatoarele informatii :

1. Duritatea apei: 17-20 grd G;
2. Consum zilnic total mc/zi: consumul nu este zilnic, ci saptamanal, in functie de necesitati: aproximativ 500 litri/saptamana;
3. Durata de funcționare a dedurizatorului : funcționează de aproximativ 3 ori / săptămână, maxim 4 -5 ore de fiecare dată. Este folosit pentru alimentarea cu apă a 2 distilatoare și un bidistilator, ce funcționează câte 4-5 ore de 2-3 ori / săptămâna;
4. Amplasarea stației de dedurizare: spațiul laboratorului microbiologie, aflat în subsolul clădirii din strada Transilvaniei nr 2; dimensiuni spațiu: 3 / 3 / 2.5 m.
5. Sursa de apa bruta: rețeaua de alimentare cu apă a orașului Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV  
Ec. Ioana LOCHIN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC  
Ec. Loredana TURCAN

Intocmit  
Consilier Ioana Catalina Savu