



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA
 Pleștii, 100022, str. Take Ionescu 13
 Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
 Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

24 APR 2019
 Data
 Nr. 15707



Nr. operator date cu caracter personal: 21959

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE
 LA ANUNT PUBLICITAR
 NR. ADV1075260

Va facem urmatoarele clarificări la poziția 2 -5: pipete de 1 ml; 2 ml; 5 ml și 10 ml

- volumul nominal să fie jos – zero sus
- tip I – timp de golire mai mare
- gradatie maro
- sticla normală

Coordonator laborator chimie toxicologie
 Ch. Magda Radu